

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Magnetic resonance stimulation system

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMediConsult Schweiz GmbH
Bodenackerstr. 69
CH-4657 Dulliken
SwitzerlandName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMediConsult Schweiz GmbH
Bodenackerstr. 69
CH-4657 Dulliken
SwitzerlandName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineROB SA
Via Pianon
CH-6934 Bioggio
SwitzerlandNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

18VDC 30VA, CI. II

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

iMRS

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

iMRS V-.-

Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

applied part type B. The dashes "-" in the type designation may be 0-9 and denote changes in software not affecting safety.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 60601-1(ed.2);am1;am2
IEC 60601-1-2(ed.3)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

168061

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 21-06-2012

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department